

Spettabile  
Pulitori e Affini S.p.A.  
Via A. Grandi, 2  
25125 Brescia

Bologna, 02/11/2020  
Riferimento offerta P&R 01-20b del 25/09/20

**RAPPORTO DI PROVA N° 8023-20**  
**DETERMINAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA SUPERFICIALE**

**METODO DI PROVA/RIFERIMENTI**

UNI EN ISO 14698-1:2004 App C + USP 40 NF35 Second supplement 2017 par 1116

**MATERIALE IN ESAME**

Denominazione: piastre rodac contenenti TSA e neutralizzante(trytone soya agar)

Unità analizzate: N.3 piastre

**CAMPIONAMENTO**

Stabilimento: Ospedale Santo Spirito sito in Via Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)

Data e ora campionamento: 20/10/2020

Descrizione locali: **Blocco operatorio**

Persone presenti in reparto: vedi registro presenze

Operatività delle sale: Operational

**Numero di ricevimento:** 201020-02

**Data di ricevimento campione:** 20/10/2020

**Data lettura piastre:** 23/10/2020 per i mesofili aerobi e 28/10/2020 per i miceti

**RISULTATI**

<b>Microrganismi sulle superfici</b>				
<b>Posizione</b>	<b>Mesofili aerobi</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Miceti</b>	<b>Unità di misura</b>
SALA 3 TAVOLO CHIRURGICO REGGI BRACCIO	0	ufc/piastra	0	ufc/piastra
SALA 3 TAVOLO CHIRURGICO	0	ufc/piastra	0	ufc/piastra
SALA 3 LAMPADA SCIALITICA MANIGLIA	0	ufc/piastra	0	ufc/piastra

*Note:**Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.**Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.*

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE

Analisi effettuata da: Elisabetta Longo

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Autore)

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435

